



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 80 Τ.Κ. 11528
Πληροφορίες: Ε. Μπροκούμη
Τηλέφωνο: 210 33 81 138
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr

Αθήνα: 07/07/2021

Αρ. Πρωτ:17281

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προς :

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον υπ' αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)

Αριθμ. φακέλου (49/21)

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη :

- α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α'147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- β. Την με αριθμ. πρωτ. 124/14-06-2021 [ΑΔΑ: ΨΞΙΨ4690ΩΜ-Ν94] [ΑΔΑΜ: 21REQ008873297] Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
- γ. Την με αριθμ. πρωτ. 16717/01-07-2021 [ΑΔΑ:ΩΥΔ74690ΩΜ-2Ι7] [ΑΔΑΜ:21REQ008873355] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, για την ετήσια συντήρηση των δέκα (10) χειρουργικών προβολέων του Νοσοκομείου. (χωρίς ανταλλακτικά) (cpv: 50421000-2).

Η σχετική σύμβαση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω σκιαλυτικές λυχνίες του Νοσοκομείου που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα τμήματα:

- Χειρουργεία 1ου ορόφου - ένας προβολέας (αίθουσα 1)
- Χειρουργεία 2ου ορόφου - τρεις προβολείς (αίθουσες 1, 2 & 3),
- Χειρουργεία Αραβαντινού - δύο προβολείς (αίθουσες 1 & 2),
- Μονάδα Βραχεία Νοσηλείας Γυν. - τρεις προβολείς (αίθουσες 1,2 & 3)
- Αίθουσα Τοκετών- ένας προβολέας (αίθουσα 1)

Πίνακας σκιαλυτικών λυχνιών (προβολέων) Χειρουργείων & λοιπών τμημάτων (σε χρήση)

α/α	Τμήμα	Σύνθεση	Οίκος/Μοντέλο	s/n	ΑΜ	Σχόλια
1	Χειρουργεία 1 ^{ος} όροφος	Προβολέας	Hanaulux Oslo Hanaulux	3194	310	αίθουσα 1
		Δορυφόρος	Heidelberg	2750-06	311	
2		Προβολέας	Hanaulux Oslo	3134	1243	αίθουσα 1
		Δορυφόρος	Hanaulux Heidelberg	2750	1244	
3	Χειρουργεία 2 ^{ος} όροφος	Προβολέας	Simeon Medical, Slim led	20475	2150	αίθουσα 2
Δορυφόρος		7000 Slim led 5000 SC				
4		Προβολέας	Medilux ML600/D plus	12700108	2013	αίθουσα 3
		Δορυφόρος	(με δορυφόρο)			
5	Χειρουργεία Αραβαντινού	Προβολέας	Martin ML701D	05-00-98D666	1073	αίθουσα 1
		Δορυφόρος	Martin ML200	0400-98D120	1072	
6	1 ^{ος} όροφος	Προβολέας	Martin ML701D	05-00-98D667	1061	αίθουσα 2
		Δορυφόρος	Martin ML200	0400-98D121	1060	
7	Μονάδα	Προβολέας	Dr. Mach Tringenflex type 02563	89/0024/08	222	αίθουσα 1
8	Βραχείας	Προβολέας	Berchtold Chromophare D300	2024004- C10540	208	αίθουσα 2
9	Νοσηλείας		Berchtold Chromophare D300	2024004- C10550	215	αίθουσα 3
10	Αίθουσα Τοκετών	Προβολέας	Hanaulux Heidelberg	C6002750	597	αίθουσα 1
		Δορυφόρος	Hanaulux Oslo	3134	596	

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω συντήρηση ανέρχεται στο ποσό των **6.000,00€+ΦΠΑ ή 7.440,00€ συμ/νου του ΦΠΑ**, σε βάρος του ΚΑΕ 0887 των εξόδων προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. (χαμηλότερη τιμή).

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις **20 Ιουλίου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00**.

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:

Προς το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (α/α 49/21)

«Ετήσια συντήρηση των (10) δέκα χειρουργικών προβολέων του Νοσοκομείου».

(χωρίς ανταλλακτικά)

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
- ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
- iii. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες από την λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

B. Τεχνική προσφορά Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ).

Γ. Οικονομική προσφορά στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία με την τιμή της προσφοράς σε ευρώ. Θα

περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με ΦΠΑ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση αυτής.

✓ Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο <http://et.diaivgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

✓ Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση → Προκηρύξεις → Προμήθειες → απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 49/21).

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου **θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών στο email: promith@hosp-alexandra.gr** αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**

Δρ.ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

1. Το συμβόλαιο αφορά την συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά, των δέκα (10) σκιαλυτικών λυχνιών του Νοσοκομείου για ένα έτος, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λίστα. Στο συμβόλαιο συμπεριλαμβάνεται όταν απαιτείται & η αντικατάσταση όλων των καμένων λυχνιών χωρίς όριο.
2. Θα εκτελούνται εργασίες τακτικής προληπτικής συντήρησης και εργασίες επαναδιορθωτικής συντήρησης των σκιαλυτικών λυχνιών, αποκαθιστώντας κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, παραδίδοντας τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία.
3. **Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται κάθε μήνα**, στους χώρους του Νοσοκομείου και θα περιλαμβάνουν, τις παρακάτω εργασίες (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή):
 - Γενικός έλεγχος
 - Καθαρισμός, λίπανση
 - Έλεγχος - ρύθμιση και τυχόν επισκευή συστημάτων ανάρτησης
 - Έλεγχος - ρύθμιση και τυχόν επισκευή συστημάτων πέδησης
 - Έλεγχος τροφοδοσίας και μετασχηματιστών
 - Ρύθμιση-καθαρισμός πρισμάτων/διορθωτικών φίλτρων και φακών
 - Μέτρηση φωτεινότητας
 - Μέτρηση χειρουργικού πεδίου
 - **Αντικατάσταση καμένων λυχνιών, όταν απαιτείται**
4. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται κατά τις απογευματινές ώρες, συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου-Κυριακής και αργιών, κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους των χειρουργείων και την Τεχνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο η συντήρηση να γίνει στα εργαστήρια της εταιρείας, θα υπάρχει προσυνεννόηση και τους υπευθύνους του χειρουργείου & την αρμόδια Τ.Υ.
5. Σε περίπτωση βλάβης ισχύει απεριόριστος αριθμός κλήσεων χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ο συντηρητής υποχρεούται να μεριμνήσει άμεσα εντός 24 ωρών για την αποκατάστασή της και την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού. Σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για αποστολή τεχνικού, για το σκοπό αυτό θα δοθεί αριθμός κλήσεως κινητού τηλεφώνου.
6. Σε κάθε επίσκεψη ο τεχνικός συντηρητής θα εκδίδει σχετικό δελτίο εργασίας, όπου θα αναγράφονται τουλάχιστον τα εξής: το είδος εργασίας ή βλάβης,

ανταλλακτικά που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν ή απαιτούνται για την αποκατάσταση βλάβης, το αποτέλεσμα της παρέμβασης, το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του προβολέα, το τμήμα & ο χώρος όπου βρίσκεται εγκατεστημένος, ημερομηνία, ώρα και τυχόν παρατηρήσεις. Το δελτίο εργασίας θα υπογράφεται από τον αρμόδιο του τμήματος του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της εταιρείας και θα παραδίδεται στην αρμόδια Τ.Υ. του Νοσοκομείου.

7. Το συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικά. **Περιλαμβάνει την αντικατάσταση κάθε καμένης λυχνίας σε οποιοδήποτε προβολέα, χωρίς όριο καμένων λυχνιών.** Αν διαπιστωθεί αναγκαιότητα χρησιμοποίησης οποιουδήποτε άλλου ανταλλακτικού, θα ενημερώνεται έγκαιρα και γραπτώς το Νοσοκομείο, για την έγκριση της σχετικής δαπάνης, βάσει της κείμενης διαδικασίας και θα χρεώνονται σε ξεχωριστό τιμολόγιο βάσει τιμοκαταλόγου.
8. Σε περίπτωση βλάβης, ο χειρουργικός προβολέας δεν θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για διάστημα περισσότερο των πέντε εργάσιμων ημερών, εκτός αν δεν υπάρχει έγκριση του Νοσοκομείου για την χρησιμοποίηση μη συμβατικών ανταλλακτικών.
9. Τα παραπάνω δεδομένα δεν ισχύουν για τυχόν εργασίες ή επισκευές τμημάτων, για τα οποία ο κατασκευαστικός οίκος διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τους σε εγκαταστάσεις της έδρας του στο εξωτερικό.
10. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε σκιαλυτική λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω παλαιότητας ή απόσυρσης το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα εξαιρέσής της από την ισχύουσα σύμβαση συντήρησης, με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον συντηρητή και αντίστοιχη αναλογική οικονομική έκπτωση.
11. Σε περίπτωση που κάποια σκιαλυτική λυχνία, δεν καλύπτεται από ανταλλακτικά λόγω παλαιότητας, ο συντηρητής οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τεχνική υποστήριξη και εξεύρεση εναλλακτικής λύσης, με πιθανή χρήση κατάλληλων υλικών από την εγχώρια αγορά, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο.
12. Σε περίπτωση αμέλειας ή αδιαφορίας της εταιρείας στην τήρηση των υποχρεώσεων της, το Νοσοκομείο δύναται να καταγγείλει την σύμβαση μονομερώς. Στον εξοπλισμό επεμβαίνουν μόνο οι συνεργάτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του συντηρητή, εκτός, αν έχει ληφθεί προηγουμένως έγγραφη άδεια του για παρέμβαση τρίτου.