



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 80 Τ.Κ. 11528

Πληροφορίες: Ολ. Γιαγιάκου

Τηλέφωνο: 210 33 81138

e-mail: promith@hosp-alexandra.gr

Αθήνα: 13-2-2025

Αρ. Πρωτ: 3171

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2. ΚΗΜΔΗΣ

3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς :

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον υπ' αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)

Αριθμ. φακέλου (26/25)

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α' 147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Την με Αριθμ. Πρωτ. 2331/03-02-2025 (ΑΔΑ: 65ΡΜ4690ΩΜ-1ΟΖ) [ΑΔΑΜ: 25REQ016299042] Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

γ. Την με αριθμ. πρωτ. 3105/13-02-2025 Αρ. Δέσμευσης 1245/2025 [ΑΔΑ: 6ΑΝΣ4690ΩΜ-6ΣΔ] [ΑΔΑΜ: 25REQ016304354] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια λαπαροσκοπικών εργαλείων για τις ανάγκες της χειρουργικής αίθουσας του Χειρουργείου Αραβαντινού του Νοσοκομείου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **27.000,00€ + ΦΠΑ** CPV: 33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής, και συγκεκριμένα

Α/Α	Περιγραφή είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1.	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ (ΛΣΚ) ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ 5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
2.	ΛΣΚ ΕΝΤΕΡΟΛΑΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΕΣ 5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
3.	ΛΣΚ ΕΝΤΕΡΟΛΑΒΙΔΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

4.	ΛΣΚ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΘΥΡΙΔΩΤΕΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
5.	ΛΣΚ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΗΕΣ 5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6
6.	ΛΣΚ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
7.	ΛΣΚ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΝ 10mm (12mm)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
8.	ΛΣΚ ΛΑΒΙΔΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ PEAN 5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
9.	ΛΣΚ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ SCHNEIDER 5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
10.	ΛΣΚ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ HOOK 5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
11.	ΛΣΚ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΑΚΙΔΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
12.	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
13.	ΛΣΚ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
14.	ΛΣΚ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΡΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών.

Η ανωτέρω προμήθεια θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **27.000,00€ + ΦΠΑ** σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του Τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τόπος υποβολής προσφορών	Ημερομηνίες υποβολής προσφορών		Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών
	Έναρξη	Λήξη	
Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)	Παρασκευή 14/2/2025	Δευτέρα 24/2/2025 και ώρα 14.00	Τρίτη 25/2/2025 και ώρα 10.00 π.μ.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή του υπό προμήθεια είδους,

3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης,
4. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
5. Τα στοιχεία του αποστολέα,
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
- ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.
- iii. Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
- iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών.

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσης. Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο της προσφοράς τους Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης, απαντώντας υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο Prospectus του κατασκευαστή.

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση αυτής.

✓ Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr στην διαδρομή: **Ενημέρωση → Προκηρύξεις → Προμήθειες → απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 26/25).**

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου **θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών στο email: promith@hosp-alexandra.gr** αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ή (του αρμόδιου τμήματος). **Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.**

Υπογραφή σύμβασης:

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Α. Εγγύηση συμμετοχής: Στον παρόντα διαγωνισμό **δεν απαιτείται.**

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Στον παρόντα διαγωνισμό **δεν απαιτείται.**

Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Στον παρόντα διαγωνισμό **δεν απαιτείται.**

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης κι έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων (και όχι πέραν των τριών μηνών).

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου και εντός τριών ημερών μετά από έγγραφη παραγγελία.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται **μόνος** αυτός προς αποκατάστασή της.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**

ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ. ΠΑΠΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι του ιδίου οίκου για πλήρη συμβατότητα και ομοιογένεια.
- Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
- Όλα τα προσφερόμενα εργαλεία θα πρέπει να φέρουν το CE Mark.
- Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστικό οίκο τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Να έχουν εγγύηση service με δυνατότητα αντικατάστασης κατά το διάστημα της επισκευής.
- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η δοκιμή δείγματος όλων των εργαλείων σε συνθήκες χειρουργείου εντός 20 ημερών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Όλες οι λαπαροσκοπικές λαβίδες συλλήψεως παντός τύπου θα πρέπει να έχουν κοινά τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Να αποτελούνται από τρία τμήματα: εσωτερικό εργαλείου, μονωμένο μεταλλικό μαύρο σωλήνα και πλαστική χειρολαβή με ελεγχόμενο κλείδωμα τύπου MANHES (μηχανισμός μπάρας) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, σε διαφορετικές θέσεις, που να μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα.
- Η χειρολαβή να διαθέτει μεγάλες επιφάνειες επαφής στα δαχτυλίδια παρέχοντας άνετο χειρισμό και αποφυγή σημείων πίεσης στα δάχτυλα ακόμα και μετά από ώρες χρήσης και να διαθέτει υποδοχή για σύνδεση μονοπολικού καλωδίου διαθερμίας.
- Η χειρολαβή να διαθέτει εργονομικό σχήμα επιτρέποντας ποικιλία τρόπων κρατήματος καλύπτοντας ευρύ φάσμα απαιτήσεων.
- Να είναι περιστρεφόμενες κατά 360°.
- Να διαθέτουν θύρα καθαρισμού με σύνδεση LUER-Lock ώστε να μπορεί να καθαριστούν και χωρίς να αποσυναρμολόγηση.
- Να αποσυναρμολογούνται με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Να μην έχουν κρυμμένα κενά σημεία όπου μπορούν να παγιδευτούν αίμα ή υπολείμματα ιστού.
- Να είναι κλιβανιζόμενα όλα τα επιμέρους τμήματα τους.

ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα
1. Λαπαροσκοπικά (ΛΣΚ) βελονοκάτοχα 5mm • Δεν καθορίζονται ειδικές τεχνικές προδιαγραφές • Η καταλληλότητά με βάση την εργονομία τους θα κριθεί κατά την χρήση τους στο χειρουργείο	4
2. ΛΣΚ εντερολαβίδες κυρτές 5mm • Η εντερολαβίδα να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Να διαθέτει κυρτές θυριδωτές σιαγώνες μονής ενέργειας μήκους 27 mm. • Να είναι λεπτή, θυριδωτή και ατραυματική.	2
3. ΛΣΚ εντερολαβίδες ευθείες • Η Εντερολαβίδα να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Να διαθέτει σιαγόνες διπλής ενέργειας μήκους 37 mm.	1

4. ΛΣΚ λαβίδες συλλήψεως θυριδωτές ατραυματικές 5mm • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Να διαθέτει σιαγόνες διπλής ενέργειας μήκους 25 mm , θυριδωτή με λεπτά δοντάκια και να είναι ατραυματική.	2
5. ΛΣΚ λαβίδες συλλήψεως τύπου Manhes 5mm • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Να διαθέτει σιαγόνες μονής ενέργειας μήκους 14 mm και πλάτους 4,8mm με αρκετά δόντια για ατραυματική και ακριβή σύλληψη ιστών.	6
6. ΛΣΚ Διπολικές Λαβίδες ηλεκτροδιαθερμίας περιστροφικού τύπου 5mm • Διπολική λαβίδα σύλληψης και παρασκευής ιστών, τύπου KELLY με σιαγόνες διπλής ενέργειας, μήκους 19mm, ατραυματικές. • Να είναι διαιρούμενη σε τρία τμήματα, με το πάτημα ενός κουμπιού. • Να έχει διάμετρο 5χιλ και μήκος 36cm • Να είναι διαιρούμενη σε τρία τμήματα, με το πάτημα ενός κουμπιού. • Η λαβή να είναι εργονομική, από ενισχυμένο πλαστικό και να διαθέτει εντός, κύκλωμα ασφαλείας για προστασία σε περίπτωση υψηλής τάσης • Ο εξωτερικός σωλήνας να είναι μονωμένος. • Η χειρολαβή να διαθέτει υποδοχή σύνδεσης για διπολικό καλώδιο και μπλε σήμανση που να υποδηλώνει ότι είναι για διπολική χρήση. Η ένθετη λαβίδα να είναι μονωμένη, μέχρι το κεραμικό άκρο της.	3
7. ΛΣΚ Λαβίδες σύλληψης ινομυωμάτων 10mm (12mm) • Λαβίδα συλλήψεως τύπου μιζέ, διαμέτρου 10mm και μήκους 36cm • Να μπορεί να περιστρέφεται 360° • Οι σιαγόνες να είναι διπλής ενέργειας και το μήκος τους να είναι περίπου 32mm. • Η λαβίδα να είναι αποσπώμενη, με το πάτημα ενός κουμπιού, σε τρία τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση: ένθετο λαβίδα, μεταλλική λαβή, εξωτερικό σωλήνα/μανίκι. • Να διαθέτει μεταλλική λαβή με μηχανισμό κλειδώματος τύπου MANHES • Το εξωτερικό μανίκι να είναι μεταλλικό, να διαθέτει μόνωση και υποδοχή luer lock για εύκολο καθαρισμό και τέλος • Το ένθετο λαβίδα να μπορεί να αντικατασταθεί μόνο αυτό σε περίπτωση βλάβης. • Εγγύηση δύο έτη.	2
8. ΛΣΚ Λαβίδες ευθείας σύλληψης τύπου PEAN 5mm • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Η λαβίδα τύπου PEAN να διαθέτει σιαγόνες ατραυματικές μονής ενέργειας μήκους 24 mm , Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για dissection.	1

9. ΛΣΚ Λαβίδα σύλληψης λεμφαδένων τύπου Schneider 5mm • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Να διαθέτει σιαγόνες μονής ενέργειας μήκους 30 mm , με δοντάκια και ατραυματική και με κοίλες εσοχές στο εσωτερικό τους. • Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για dissection και σύλληψη λεμφαδένων.	1
10.ΛΣΚ μονοπολικό Hook 5mm Ηλεκτρόδιο αιμόστασης σχήματος L : • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Ο σωλήνας να είναι μονωμένος με συνδετικό για μονοπολική αιμόσταση. • Να μπορεί εκτός της αιμόστασης να χρησιμοποιηθεί και για "dissection". • Να είναι κλιβανιζόμενο.	2
11.ΛΣΚ μονοπολική ακίδα Ηλεκτρόδιο αιμόστασης ακίδα : • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 31 cm. • Η χειρολαβή να βρίσκεται στο πάνω μέρος σε σχήμα δαχτυλιδιού ώστε να προσαρμόζεται ο αντίχειρας και να διαθέτη υποδοχή για σύνδεση με μονοπολικό καλώδιο. • Ο σωλήνας να είναι μονωμένος με συνδετικό για μονοπολική αιμόσταση. • Η ακίδα να καλύπτεται από τον εξωτερικό σωλήνα για ασφάλεια και την βοήθεια ελατηρίου να αποκαλύπτεται. • Να μπορεί εκτός της αιμόστασης να χρησιμοποιηθεί και για "dissection". Να είναι κλιβανιζόμενο.	1
12.Καλώδια διπολικής διαθερμίας Διπολικό καλώδιο πολλαπλών χρήσεων : • Να είναι συμβατό με τις διπολικές λαβίδες και την διαθερμία του νοσοκομείου.	3
13.ΛΣΚ προωθητής ραμμάτων ευθύς • Εργαλείο προώθησης εξωσωματικών κόμπων • Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 36 cm. • Να είναι ευθύς. • Να είναι κατάλληλος για εξωσωματική δημιουργία κόμπων. Να διαθέτει 2 άκρα, το ένα ανοιχτό και το άλλο κλειστό.	1
14.ΛΣΚ προωθητής ραμμάτων κυρτός Εργαλείο προώθησης εξωσωματικών κόμπων Να είναι διαμέτρου 5mm και μήκους 36cm. Να είναι κυρτός με γωνία 45° περίπου Να είναι κατάλληλος για εξωσωματική δημιουργία κόμπων. Να διαθέτει 2 άκρα, το ένα ανοιχτό και το άλλο κλειστό.	1